

長時間ホルター心電図(168 時間連続記録、CC5 誘導のみ)		S104		
		担当部署		
長時間ホルター		生理		
<b>検査オーダー</b>				
患者同意に関する要求事項		該当なし		
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→生理→心電図→長時間ホルター心電図(168 時間連続記録、CC5 誘導のみ)		
	2			
	3			
	4			
	5			
検査に影響する臨床情報		機器装着後の生活は平常通りで入浴中だけは機器を外す。また、機器に衝撃をあたえるような激しい運動や高圧装置・高周波装置に近づくことを避ける。 貸出期間は一週間。		
検査受付時間		8 : 45～17 : 30		
<b>検体採取・搬送・保存</b>				
患者の事前準備事項				
検体採取の特別なタイミング		特記事項なし		
検体の種類	採取管名	内容物	採取量	単位
1	人体(心臓)	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
検体搬送条件				
検体受入不可基準		1) 機器装着の説明が理解できない患者 2) 検査に同意を得られない患者		
保管検体の保存期間		特記事項なし		
<b>検査結果・報告</b>				

検査室の所在地		病院棟 3 階 中央検査部				
測定時間		返却後 8 日				
生物学的基準範囲		該当なし				
臨床判断値		該当なし				
基準値					単位	特記事項なし
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値	
特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	
パニック値	高値	該当なし				
	低値	該当なし				
生理的変動要因		該当なし				
臨床的意義		動悸、息切れ、めまい、胸痛などのイベントはあるが、その発生頻度が少なく不定期な患者に対して、その原因精査に用いられる。				